

СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) № 54

Устройство для внутриматочной биопсии УВБ - «Вектор»
ТУ 9398-004-12132623-2006

1. Сопроводительный документ	НАКЛАДНАЯ
2. Номер партии	54
3. Приемо-сдаточные испытания. Протокол № 54	от 30.11.16г.
4. Радиационная стерилизация. Протокол № 110117	от 11.01.17г.
5. Тип радиационной установки	УЭЛВ 10-10-С-70
6. Дозиметрический контроль (дозиметр-свидетель)	СОПД (Ф)Р5/150
7. Токсичность	соответствует норме.
8. Стерильность	соответствует норме
9. Инициальная контаминация	соответствует норме

Срок годности три года.

Заключение по результатам испытаний: изделия соответствуют требованиям
ТУ 9398-004-12132623-2006 и пригодны к применению по назначению.

Представитель руководства по качеству



В. И Костенко