

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество [redacted]
зарегистрировано Инспекцией МЧС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области 05.08.2003г.,
ОГРН 1026601370993

в лице Директора [redacted]
заявляет, что продукция
Бужи уретральные металлические изогнутые №№ 16-27 (комплект 12 типоразмеров) по ТУ 64-1-58-76

Серийный выпуск
выпускаемая изготовителем
Акционерное общество " [redacted]

место производства:
[redacted]

по ТУ 64-1-58-76

Код ОК ПД2: 32.50.13.190

Код ТН ВЭД:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 19126-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011,
ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011,
ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-15-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2008/02224 от 17.03.2008 г. ;
Протокол испытаний № 164/2017 от 15.09.2017 г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", атт. акк. № RA. RU.21ИМ02;
Протокол токсикологических испытаний № 00821 от 20.02.2017 г. ООО "Национальный научный центр
токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий" (ИЛ "ТОКСИКОЛОГ")

Дата регистрации: 20.09.2017
Декларация действительна до: 20.09.2020

Заявитель

В.В. Бей

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641-55-27/www.csmc.ru ОГРН: 5077746891074

Аттестат рег. № RA.RU.11ИМ04 выдан 23.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 20.09.2017, регистрационный номер РОСС RU.ИМ04.Д00499



[Handwritten signature]

А.В. Машков