



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.27.944.Д.004619.05.08

от 07.05.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
кислородный коктейлер Atmung

изготовленная в соответствии  
с технической документацией фирмы-изготовителя

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам  
(вплывающее измерять), указав пометку на упаковке государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гиг. треб. к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации  
больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно-  
допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих  
с пищевыми продуктами", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гиг. треб. к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Организация-изготовитель:

Китайская корпорация с ограниченной ответственностью "Луьфэй" ("Zhejiang Longfei Industry  
Co., Ltd."), Провинция Чжэцзян, г. Лэцин, ул. Нинкан силу, д. 338 (No. 338, Ningkan West  
Road, Yueqing, Zhejiang, P.R. China), Китайская Народная Республика

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:

Китайская корпорация с ограниченной ответственностью "Луьфэй" ("Zhejiang Longfei Industry  
Co., Ltd."), Провинция Чжэцзян, г. Лэцин, ул. Нинкан силу, д. 338 (No. 338, Ningkan West  
Road, Yueqing, Zhejiang, P.R. China), Китайская Народная Республика

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются экспертные расчетные протоколы исследований, изготовление  
устройства, проведение испытаний, другие расчетные документы:

протокол № 2345 от 04.05.2008 г., экспертное заключение № 10/01-3117 от 04.05.2008 г. ИЦ ГУ  
НИИ медицины труда РАМН (ГСЭН.RU.ЦОА.148 от 21.09.2007 г.)

№ 0048210

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в дистиллированную воду из материалов изделия, ПДК

ДКМ

винил хлоридный

формальдегид

цианальдегид

этанол

метанол

бутанол

не более 0.01 мг/л

не более 0.1 мг/л

не более 0.2 мг/л

не более 0.1 мг/л

не более 0.2 мг/л

не более 0.5 мг/л

Область применения:  
медицинское изделие

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации. Перед применением аппарата рекомендуется посоветоваться с врачом. Для применения обученным персоналом. При наличии Регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, назначение, требования безопасной эксплуатации



Закончено действительно до 07.05.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Бланк N 0048210