



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения

ЦСЭН в Орловской области

Код формы по ОК02
Код учреждения по ОК03
Медицинская документация
Форма № 303-00-09
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Орловской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 07-01.04.943.Г1.030408.10.03 ОТ 22.10.2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Кольца маточные резиновые (пессарии) с клапаном №№ 1, 2, 3

изготовленная в соответствии
с ТУ 9437-100-00149535-98

СООТВЕТСТВУЕТ ~~санитарно-эпидемиологическим~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (неужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Терезью резин, разрешенных для изготовления изделий медицинского назначения.

Организация — изготовитель

ОАО "Объединение Альфапластик" Орловский завод резиновых изделий г.Орел,

пр. Подбельского, 3 (Подольская, Яковлева) заключения

ОАО "Объединение Альфапластик" Орловский завод резиновых изделий г.Орел,

Орловский завод резиновых изделий (за исключением ответственной (не соответствующей)

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,

проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

АИП ОАО "Объединение Альфапластик" г.Москва, 4 пр.Подбельского,3 № 4-И от 27.02.02г.

№ 0560977

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

окисляемость
рН
ткучесть Д
ионы железа
ионы бария
ионы кальция

н.б.3.0 мг/л
н.б.1.0
н.б.0.5 мкг/л
н.б.1.0 мкг/л
н.б.0.1 мкг/л
не допускается

Область применения:
В качестве изделий медицинского назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение технологического процесса, области применения.

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с НЦ.

Заключение действительно до 22.10.2008 г.



И.о. Главного государственного санитарного врача
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк № 0000177