ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 мая 2020 года **№ ФСР 2012/13524**

На медицинское изделие
Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60-"Мед ТеКо" по ТУ 9444-002-56812193-2002

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"), Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"), Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Место производства медицинского изделия
ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Номер регистрационного досье **№ РД-32385/23640 от 14.04.2020**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.13.130**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 мая 2020 года № 3697
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0046805

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 мая 2020 года **№ ФСР 2012/13524**

Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60-"Мед ТеКо" по ТУ 9444-002-56812193-2002:
в составе:
1. Электронный блок - 1 шт.
2. Сменные электроды:
диаметр - 36 мм - 2 шт.;
диаметр - 80 мм - 2 шт.;
диаметр - 120 мм - 2 шт.
3. Электродержатель в сборе - 2 шт.
4. Индикатор наличия ВЧ-поля - 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0065807