

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество

Зарегистрировано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области
20.12.2011 г.
ОГРН 1116234013598

В лице Генерального директора

заявляет, что продукция

Тонметр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-03 по ТУ 9441-003-94382367-2010

Серийный выпуск

выпускаемая изготовителем

Акционерное общество

по ТУ 9441-003-94382367-2010

Код ОКПД2: 26.60.12.129
Код ТН ВЭД: 9018.19.000.0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011,
ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011,
ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-13-2016, ГОСТ ISO 10993-18-2011


ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2011/12179 от 15.05.2015 г.;

Протоколы испытаний № 18/Б-032/18 от 03.04.2018 г., № 18/Б-050/18 от 17.05.2018 г., ИЛ безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ", акк. атт. № RA RU.21MЛ42;

Протокол токсикологических испытаний № 00968 от 03.04.2018 г., ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий" (ИЛ "ТОКСИКОЛОГ"), атт. акк. № РОСЦИОМ55.

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 2018
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА ДО: 22.05.2021



Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641-55-27/www.ccme.ru ОГРН: 5077746891074

Аттестат сер. № RA RU.11IM04 выдан 23.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации
Дата регистрации: 27.05.2018, регистрационный номер РОСС RU.11IM04.000628



А.П.