

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИИМ35.Н00322

Срок действия с 20.03.2018

по 19.03.2021

№ 0041711

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации «Инновационный центр сертификации «СЕРТЮС». Адрес: 109548, Россия, Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430. Фактический адрес: 109548, Россия, Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430-433, телефон: (499) 755-73-92, факс: (499) 755-73-92, e-mail: medcert@yandex.ru. Лицензия аккредитации рег. № RA.RU.ИИМ35 с 09.09.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПРОДУКЦИЯ

Электрокардиограф одно-трехканальный ЭКГ1-1/3-07 «АКСИОН».
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(КПС 2008)
26.60.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3.4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ ИЕС 60601-2-51-2011, ГОСТ 30324.0.4-2002.

код ТИ ВЭД
9018 11 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 2018-140.2 от 19.03.2018г. Испытательной лаборатории АО «ИНИМТ», рег. № РОСС RU.0001.517966 с 15.04.2015г.

Регистрационного удостоверения на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2007/00454 от 22.12.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия допускается.



Руководитель органа

Эксперт

М.В. Сафронова

информация

Н.А. Терешкова

информация

Сертификат не применяется при обязательной сертификации