

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ04.В06471

Срок действия с 25.09.2007 по 24.09.2010

7287436

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. /факс 611-00-57, www.ccme.ru

ПРОДУКЦИЯ Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный
портативный "МАГ-30"
ТУ 9444-003-11478130-2003
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
94 4410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 60601-1-88),
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001), Стандарты серии ГОСТ
Р ИСО 10993, «Сборник руководящих методических материалов по
токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов
и изделий на их основе медицинского назначения»

КОД ТН ВЭД России:
9018 90 850 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Елатомский приборный завод". ИНН:6204001412
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, г. Елатьма, ул. Янина, 25

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО "Елатомский приборный завод". Код-ОКПО:24320270.
ИНН:6204001412
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, г. Елатьма, ул. Янина, 25

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 614/2007 от 20.09.2007г.,
№ 467ЭМС/2007 от 25.07.2007г. ИЦ АНО "ЦСМИ ВНИИМП",
рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02
Протокол токсикологических испытаний № 1222.1828.С.07 от 24.09.2007г.
ИЛ НИИ Т и ИО МЗ РФ, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ10
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 29/06040499/0408-04 от 21.01.2004г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции производить знаком
соответствия по ГОСТ Р 50460-92 рядом с товарным знаком изготовителя на изделии и (или)
на таре (упаковке) в сопроводительной технической документации.



Руководитель органа

А.В. Машков
Подпись

А.В. Машков
инициалы, фамилия

Эксперт

Г.Н. Нестерова
Подпись

Г.Н. Нестерова
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации