

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод" (ОАО "Елатомский приборный завод")
зарегистрировано: Администрации Касимовского районного муниципального образования Рязанской области,
свидетельство № 5 от 05.11.1992 г.
ОГРН 1026200861620

391351, Рязанская обл., Касимовский район, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25

В ЛИЦЕ Генерального директора Павлова Н.И.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Аппарат магнитотерапевтический безгазовым импульсным током
малогабаритный "АЛМАГ-01" по ТУ 9444-004-40279992-99 в следующих исполнениях:

- "АЛМАГ-01" - с источником питания переносного варианта исполнения;
- "АЛМАГ-01" Н - с источником питания настольного варианта исполнения;
- "АЛМАГ-01" (экспортное исполнение) - с источником питания переносного варианта исполнения;

Серийный выпуск

выпускаемая изготовителем

Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод"
(ОАО "Елатомский приборный завод"). ОГРН: 1026200861620.

391351, Рязанская обл., Касимовский район, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25

по ТУ 9444-004-40279992-99

Код ОК 005 (ОКП): 94 4410
Код ТН ВЭД России: 9018 90 840 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


- ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (IEC 60601-1:88),
- ГОСТ Р 50267.0-2-2005 (IEC 60601-1-2:2001), ГОСТ Р 52770-2007,
- ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009,
- ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009г.
Протоколов испытаний № 65/2012 от 20.02.2012г. № 65/МС/2012
от 20.02.2012г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02
Протокол токсикологических испытаний № 67-13 от 23.01.2013г.
ИЛ "Токсиколог ФГБУ "ВНИИИМП" Росздравнадзора,
атт. аккр. № РОСС RU.0001.21ИМ58

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 25.01.2013

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 25.01.2016



Заявитель:

Павлов Н.И.

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦСМИ" (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)
ОРГАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. факс (495) 611-60-57, www.ccrp.ru ОГРН: 5077746891074

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04 выдан 21.03.2011г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации: 25.01.2013, регистрационный номер РОСС RU.11ИМ04.Д06887



Руководитель органа по

А.В. Манюков