



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-04930.2/В-2019

Действительно до:
бессрочно

Средство измерений: Термометр медицинский TVY-120

Наименование, тип, модификация,

17050-08

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера): лот 1018 кол-во 547920 шт.

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 17050-08 "Термометры медицинские модели TVY-120, утвержденному ФБУ "ЦСМ Московской области 08.09.2018"

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ЭТС-100 зав.№ 11-09 КТ 0,01, рег.№ 3.2.ВЯЫ.0010.2016; КТ-6 50 зав.№ 21-432 КТ 0,01;

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов: Температура 20,415 °С,


приводят перечень влияющих

Атмосферное давление 100,22 кПа, Относительная влажность воздуха 50 %

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог

(подпись)

Кравчук А.И.

(инициалы, фамилия)

Поверитель

(подпись)

Левченко П.В.

(инициалы, фамилия)

Дата поверки
09 февраля 2019 г.