

**Акционерное общество
«Малоярославецкий
приборный завод»**

249091, г. Малоярославец, Калужской обл.
ул. Радищева, 8.

Тел./факс: (48431) 2-67-82
E-mail: mpz_office@mail.ru
<http://www.mpz.kaluga.ru>

«13 » августа 2019г.

№ _____

Руководителю ООО
«МедКомплекс «А.В.К.»

107143, г.Москва, а/я 34

В ответ на Вашу Претензию сообщаем, что вследствие несущественных повреждений матриц пресс-форм на всех отливках пластмассовых корпусов аппаратов «Электросон» имеется незначительный дефект в виде выпуклостей размером до 15 мм в длину.

Данный дефект некоем образом не влияет на работоспособность прибора.

Прибор полностью рабочий и соответствует техническим условиям. Дефекты на корпусе нами зафиксированы и представлены на фотографии, приложенной к этому письму.

Аппарат, полученный Вами, можем заменить на аппарат с внешними дефектами, как на прилагаемой фотографии. Все верхние крышки имеют эти погрешности.

В случае Вашего категорического отказа от использования приборов с такими особенностями корпуса, готовы забрать прибор обратно и полностью компенсировать Вам его стоимость.

Генеральный директор



С.Ю.Мелешкин