



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.37.944.Д.010793.11.06

от 17.11.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур
РМ ЛОР- "АЗИМУТ" с принадлежностями

изготовленная в соответствии

с документацией фирмы-изготовителя, регистрационным удостоверением
РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФС 122а2004/10025-04 от 09.07.2004, ТУ 9442-012-49985421-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПин 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"

Организация-изготовитель

ООО "Научно-производственная компания "Азимут", 195299, г.Санкт-Петербург, ул.Лужская, д.4, корпус 3, литер А, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Научно-производственная компания "Азимут", 195299, г.Санкт-Петербург, ул.Лужская, д.4, корпус 3, литер А, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний и экспертное заключение от 03 ноября 2006 г. № 468 Испытательного лабораторного центра НИИ Физико-химической медицины Минздрава России

№ 025276

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Поверхностный электростатический потенциал
Напряженность электрического поля на частоте 50 Гц
Напряженность магнитного поля на частоте 50 Гц
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-50 МГц
Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц-50 МГц
Фенол
Формальдегид

500В
5 кВ/м
80 А/м
80 В/м
3 А/м
0,05 мг/л
0,1 мг/л

Область применения:

Изделие медицинской техники

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке, действующими СанПиН и ГН, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-производителя, предприятия-изготовителя, условия использования



Заключение действительно до 17.11.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



(Ф. И. О. Подпись) А. М. Т. Ульченко
М. П.

Бланк № 025276