



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.944.Д.010506.11.06

от 13.11.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови
модифицированным методом Дервиза-Воробьева АГФ-03/523-"Минигем"

изготовленная в соответствии

с документацией фирмы-изготовителя, регистрационным удостоверением
РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФС 022а3150/0968-04 от 27.12.2004, ТУ 9443-023-11254896-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"; СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"

Организация-изготовитель

ЗАО НПП "Техномедика", 129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д. 5, стр. 3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО НПП "Техномедика", 129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д. 5, стр. 3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний и экспертное заключение от 31 октября 2006 г. № 453 Испытательного лабораторного центра НИИ Физико-химической медицины Минздрава России

№ 024955

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Фенол
Формальдегид

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,05 мг/л
0,1 мг/л

Область применения:
Изделие медицинской техники

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке, действующими СанПиН и ГН, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-производителя, предприятия-изготовителя, условия использования



Заключение действительно до 13.11.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



(Ф. И. О. Л. П. Гульченко
М. П.

Бланк N 024955