



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 февраля 2012 года № ФСР 2012/13090

На медицинское изделие

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
по ТУ 9441-001-82139963-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Производитель

Место производства медицинского изделия

Номер регистрационного досье № 41837 от 19.10.2011

Вид медицинского изделия

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4160

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 февраля 2012 года № 707-Пр/12
и приказом от 19 ноября 2013 года № 6696-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0005821

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 февраля 2012 года № ФСР 2012/13090

Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР»
по ТУ 9441-001-82139963-2011 в следующих исполнениях:

Исполнение «Юпитер»:

- Кожаный чехол.
- Кейс.
- Зарядное устройство.
- Адаптер питания анализатора от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В (бортовая сеть автомобиля).
- Адаптер питания анализатора от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Аккумуляторный Li-ион блок - не более 2 шт.
- Индивидуальные мундштуки - не более 10560 шт.
- Мундштук-воронка - не более 20 шт.
- Кабель для соединения анализатора с персональным компьютером.

Исполнение «Юпитер-К»:

- Кожаный чехол.
- Кейс.
- Зарядное устройство.
- Адаптер питания анализатора от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В (бортовая сеть автомобиля).
- Адаптер питания анализатора от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Аккумуляторный Li-ион блок - не более 2 шт.
- Индивидуальные мундштуки - не более 10560 шт.
- Мундштук-воронка - не более 20 шт.
- Кабель для соединения анализатора с персональным компьютером.
- Бумага для принтера - не более 20 шт.
- Принтер-Пк

Исполнение «Юпитер-К»:

- Зарядное устройство.
- Адаптер питания анализатора от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В (бортовая сеть автомобиля).
- Адаптер питания анализатора от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Аккумуляторный Li-ион блок - не более 2 шт.
- Индивидуальные мундштуки - не более 10560 шт.
- Мундштук-воронка - не более 20 шт.
- Кабель для соединения анализатора с персональным компьютером.
- Бумага для принтера - не более 20 шт.
- Принтер-Пк

Приказом от 19 ноября 2013 года № 6696-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0004562