



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 января 2019 года № РЗН 2019/8072

На медицинское изделие

**Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300 с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд." , КНР,  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th  
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China**

Производитель

**"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд." , КНР,  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th  
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China**

Место производства медицинского изделия

**Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th  
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China**

Номер регистрационного досье № РД-21556/16392 от 27.03.2018

Вид медицинского изделия **232870**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.21.121**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 31 января 2019 года № 659  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0042791**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 января 2019 года

№ РЗН 2019/8072

Лист 1


На медицинское изделие

**Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300 с принадлежностями:**

I. Состав:

1. Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300.
2. Шнур питания.
3. Руководство оператора - не более 5 шт.
4. Дыхательный контур взрослый, многоразовый, в наборе - не более 10 шт. (при необходимости):
  - дыхательные трубки - 5 шт.;
  - Y-образный коннектор;
  - влагосборник - 2 шт.;
  - прямой коннектор 22М/22М;
  - прямой коннектор 22М/15М;
  - L-образный коннектор 22М/15F, 22F;
  - L-образный коннектор 22М/15F, 15М;
  - растягивающаяся трубка;
  - фильтр.
5. Дыхательный контур детский/для грудных детей, многоразовый, в наборе - не более 10 шт. (при необходимости):
  - дыхательные трубки - 5 шт.;
  - Y-образный коннектор;
  - влагосборник - 2 шт.;
  - прямой коннектор 22М/22М;
  - прямой коннектор 22М/15М;
  - L-образный коннектор 22М/15F, 22F;
  - растягивающаяся трубка;
  - фильтр.
6. Дыхательный контур взрослый, одноразовый, в наборе - не более 50 шт. (при необходимости):
  - дыхательные трубки - 3 шт.;
  - влагосборник - 2 шт.;
  - прямой коннектор 22М/22М;
  - растягивающаяся трубка;
  - фильтр.
7. Дыхательный контур детский, одноразовый, в наборе - не более 50 шт. (при необходимости):

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0053173



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 31 января 2019 года

№ РЗН 2019/8072

Лист 2

- дыхательные трубки - 3 шт.;
  - влагосорбник - 2 шт.;
  - прямой коннектор 22М/22М;
  - растягивающаяся трубка;
  - фильтр.
8. Маска для неинвазивной вентиляции легких, с ремнем для крепления, малого размера (при необходимости) - не более 10 шт.
9. Маска для неинвазивной вентиляции легких, с ремнем для крепления, среднего размера (при необходимости) - не более 10 шт.
10. Маска для неинвазивной вентиляции легких, с ремнем для крепления, большого размера (при необходимости) - не более 10 шт.
11. Маска для неинвазивной вентиляции легких, малого размера (при необходимости) - не более 10 шт.
12. Маска для неинвазивной вентиляции легких, среднего размера (при необходимости) - не более 10 шт.
13. Маска для неинвазивной вентиляции легких, большого размера (при необходимости) - не более 10 шт.
14. Маска кислородная (большой размер, взрослая) (при необходимости) - не более 20 шт.
15. Маска кислородная (малый размер, детская) (при необходимости) - не более 20 шт.
16. Увлажнитель Fisher&Paykel 850 для взрослых, в наборе - не более 2 шт. (при необходимости):
- увлажнитель;
  - увлажняющая камера для взрослых;
  - датчик температуры;
  - кабель обогрева;
  - набор трубок для взрослых;
17. Увлажнитель Fisher&Paykel 850 для детей/новорожденных, в наборе - не более 2 шт. (при необходимости):
- увлажнитель;
  - увлажняющая камера для детей/новорожденных;
  - датчик температуры;
  - кабель обогрева;
  - набор трубок для детей/новорожденных.
18. Увлажнитель Fisher&Paykel 810 для взрослых, в наборе - не более 2 шт. (при необходимости):

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0053174



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 января 2019 года № РЗН 2019/8072

Лист 3

- увлажняющая камера для увлажнителя Fisher&Paykel, для детей/новорожденных - не более 2 шт.;
  - увлажняющая камера для увлажнителя Fisher&Paykel, для взрослых - не более 2 шт.
  - 19. Небулайзер ручной (при необходимости) - не более 20 шт.
  - 20. Кислородный шланг аппарата ИВЛ (при необходимости) - не более 5 шт.
  - 21. Датчик кислородный (при необходимости) - не более 5 шт.
  - II. Принадлежности:
    1. Фильтр для дыхательного контура, малого размера - не более 50 шт.
    2. Фильтр для дыхательного контура, большого размера - не более 50 шт.
    3. Дыхательный фильтр, одноразовый - не более 50 шт.
    4. Канюля назальная, малого размера - не более 20 шт.
    5. Канюля назальная, среднего размера - не более 20 шт.
    6. Канюля назальная, большого размера - не более 20 шт.
    7. Тестовое легкое, большого размера - не более 5 шт.
    8. Тестовое легкое, малого размера - не более 5 шт.
    9. Комплект дыхательных трубок с обогревом, для детей/новорожденных, многоразовый в наборе - не более 20 шт.
      - трубка для детей/новорожденных - 5 шт.;
      - провод обогрева;
      - водяная ловушка;
      - адаптер - 6 шт.;
      - адаптер для датчика температуры;
      - Y-образный переходник для детей/новорожденных;
      - проводник для провода обогрева;
      - трубка измерения давления.
    10. Комплект дыхательных трубок с обогревом, для взрослых, многоразовый в наборе - не более 20 шт.:
      - Y-образный переходник для взрослых;
      - водяная ловушка;
      - адаптер;
      - держатель для проводов;
      - трубка для взрослых - 4 шт.;
      - адаптер для датчика температуры;
      - провод обогрева;
      - проводник для провода обогрева.
    11. Комплект принадлежностей модуля измерения CO<sub>2</sub> в основном потоке,
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

0053175



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 января 2019 года

№ РЗН 2019/8072

Лист 4

- в наборе - не более 2 шт.:
- адаптер взрослый, индивидуальный;
  - адаптер неонатальный, индивидуальный;
  - клипсы-держатели кабеля;
  - сенсор углекислого газа CAPNOSTAT.
12. Комплект принадлежностей модуля измерения CO<sub>2</sub> в боковом потоке (для взрослых/детей) в наборе - не более 10 шт.:
- адаптер, прямой, взрослый/детский;
  - водяная ловушка, взрослая/детская;
  - линия забора пробы, взрослый/детский, 2,5 м.
13. Комплект принадлежностей модуля измерения CO<sub>2</sub> в боковом потоке (для новорожденных) в наборе - не более 10 шт.:
- адаптер, прямой, неонатальный;
  - водяная ловушка, неонатальная;
  - линия забора пробы, неонатальная, 2,5 м.
14. Комплект принадлежностей модуля SpO<sub>2</sub> (для взрослых) в наборе - не более 5 шт.:
- удлинительный кабель SpO<sub>2</sub>;
  - многоцветный датчик SpO<sub>2</sub>, взрослый, напалечный.
15. Комплект принадлежностей модуля SpO<sub>2</sub> (для детей) в наборе - не более 5 шт.:
- удлинительный кабель SpO<sub>2</sub>;
  - многоцветный датчик SpO<sub>2</sub>, детский, напалечный.
16. Кронштейн - не более 2 шт.
17. Клапан выдоха - не более 5 шт.
18. Предохранительный клапан - не более 5 шт.
19. Литиевая батарея - не более 4 шт.
20. Соединительная линия входа постоянного тока - не более 2 шт.
21. Штатив-пантограф - не более 2 шт.
22. Фиксатор шнура питания - не более 2 шт.
23. Тележка - не более 2 шт.
24. Многоцветный Y-образный коннектор, с отверстием для измерения температуры и давления - не более 5 шт.
25. Г-образный соединитель, 22M/15F, 15M, многоцветный - не более 5 шт.
26. Г-образный соединитель, 22M/15F, 22F, многоцветный - не более 5 шт.
27. Прямой соединитель, 22M/22M, многоцветный - не более 5 шт.
28. Прямой соединитель, 22M/15M, многоцветный - не более 5 шт.
29. Соединитель многоцветный растягивающийся - не более 5 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0053176



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 января 2019 года

№ РЗН 2019/8072

Лист 5

30. Влагосборник многоразовый - не более 6 шт.
31. Комплект расширения для измерения CO<sub>2</sub> в боковом потоке (для взрослых/детей) в наборе - не более 2 шт.
- CO<sub>2</sub> модуль;
  - посадочное место водяной ловушки;
  - разъем для выпуска газа;
  - монтажная рамка для посадочного места водяной ловушки;
  - кабель CO<sub>2</sub> модуля;
  - спирометрическая трубка PUR.AION - не более 2 шт.
  - воздушный фильтр - не более 10 шт.;
  - трубка для забора пробы газа;
  - адаптер прямой, взрослый/детский;
  - водяная ловушка, взрослая/детская;
  - линия забора пробы, взрослая/детская, 2,5 м;
32. Комплект расширения для измерения CO<sub>2</sub> в боковом потоке (для новорожденных) в наборе, в наборе - не более 2 шт.:
- CO<sub>2</sub> модуль;
  - посадочное место водяной ловушки;
  - разъем для выпуска газа;
  - монтажная рамка для посадочного места водяной ловушки;
  - кабель CO<sub>2</sub> модуля;
  - спирометрическая трубка PUR.AION - не более 2 шт.;
  - воздушный фильтр - не более 10 шт.;
  - трубка для забора пробы газа;
  - адаптер прямой, неонатальный;
  - водяная ловушка, неонатальная;
  - линия забора пробы, неонатальная, 2,5 м;
33. Комплект расширения для измерения CO<sub>2</sub> в основном потоке, в наборе - не более 2 шт.:
- кабель CO<sub>2</sub> модуля;
  - коннекторная плата;
  - адаптер взрослый, индивидуальный;
  - адаптер неонатальный, индивидуальный;
  - держатели кабелей - не более 5 шт.;
  - сенсор углекислого газа CAPNOSTAT с кабелем 2,4 м.
34. Комплект расширения для модуля SpO<sub>2</sub> (для взрослых), в наборе - не более 2 шт.:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0053177**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 января 2019 года

№ РЗН 2019/8072

Лист 6

- удлинительный кабель SpO<sub>2</sub>;
- многоцветный датчик SpO<sub>2</sub>, взрослый, напалечный.
- 35. Комплект расширения для модуля SpO<sub>2</sub> (для детей), в наборе - не более 2 шт.:
- удлинительный кабель SpO<sub>2</sub>;
- многоцветный датчик SpO<sub>2</sub>, детский, напалечный.
- 36. Фильтр НЕРА - не более 2 шт.
- 37. Шланг для подачи O<sub>2</sub>, 0,6 м - не более 5 шт.
- 38. Газовый клапан с редуктором для баллона высокого давления, 14 МПа - не более 2 шт.
- 39. Соединитель прямой, РОМ, белый, с уплотнительным кольцом, для шланга с внутренним диаметром 4,8 мм - не более 20 шт.

З

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0053178