

Змеевик ЗР ЭТИКЕТКА 121 00 00 00 ЭТ

| Обозначение | Количество шт. в поставке |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 121 00 00 00 | |
| 121 00 00 00-01 | |
| 121 00 00 00-02 | |
| 121 00 00 00-03 | |
| 121 00 00 00-04 | |
| 121 00 00 00-05 | |
| 121 00 00 00-06 | |
| 121 05 00 00 | |
| 121 10 00 00 | |
| 121 20 00 00 | |
| 121 30 00 00 | |
| 121 30 00 00-01 | |
| 121 40 00 00 | |
| 121 50 00 00 | |
| 121 60 00 00 | |
| 121 70 00 00 | |
| 121 70 00 00-01 | |
| 121 70 00 00-02 (коррозионностойкий) | |
| | |

1. Назначение

Змеевик ЗР предназначен для соединения деталей трубопроводной арматуры рампы перепускной РП-01 (РП-02) или рампы аналогичного типа с условным давлением газа $P_{y \leq 20,0}$ МПа. Исполнение 121 05 00 00 может применяться для заправки кислородом баллонов объема 5 или 10л от баллонов объема 40 или 50л в полевых условиях.

2. Основные технические данные

Основные технические данные приведены в таблице.

| Обозначение | Присоединительные резьбы | Диаметр условного прохода, мм | Условное давление газа, МПа | Рис. | Масса кг | Длина трубки | Наружный диаметр трубки | Толщина стенки |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|--------------|-------------------------|----------------|
| 121 00 00 00 | G3/4—Сп 21,8 | 4 | 20 | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 00 00 00-01 | G3/4-G1/4 | 4 | | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 00 00 00 -02 | G3/4—G3/4 | 4 | | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 00 00 00-03 | G3/4-G3/4 | 6 | | 1 | 0,5 | 1500 | 8 | 1,5 |
| 121 00 00 00 -04 | M16x1,5-Сп 21,8 | 4 | | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 00 00 00-05 | M16x1,5-G3/4 | 4 | | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 00 00 00 -06 | G3/4-G1/2 | 4 | | 1 | 0,5 | 1500 | 6 | 1 |
| 121 05 00 00 | G3/4-G3/4 | 6 | | 9 | 0,4 | 800 | 8 | 1 |
| 121 10 00 00 | G3/4—G3/4 | 4 | | 2 | 0,54 | 580 | 6 | 1 |
| 121 20 00 00 | G3/4-G3/4 | 5 | | 3 | 0,39 | 1025 | 8 | 1,5 |
| 121 30 00 00 | G3/4-G1/4 | 3 | | 4 | 0,26 | 661,6 | 5 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|------|-------|---|-----|
| 121 30 00 00 -01 | G3/4—G1/4 | 4 | | 4 | 0,26 | 661,6 | 6 | 1 |
| 121 40 00 00 | G3/4-G3/4 | 5 | | 5 | 0,4 | 398.5 | 8 | 1,5 |
| 121 50 00 00 | G3/4—G3/4 | 5 | | 6 | 0,46 | 599 | 8 | 1,5 |
| 121 60 00 00 | G3/4-G3/4 | 4 | | 7 | 0,5 | 436 | 6 | 1 |
| 121 70 00 00 | G3/4-G3/4 | 4 | | 8 | | 1500 | 6 | 1 |
| 121 70 00 00-01 | G3/4-Сп21,8 | 4 | | 8 | | 1500 | 6 | 1 |
| 121 70 00 00-02 (коррозионностойкий) | G3/4-G3/4 | 4 | | 8 | 0,45 | 1500 | 6 | 1 |



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис. 5



Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис. 9

3. Свидетельство о приемке

3.1 Змеевик ЗР изготовлен, испытан, обезжирен, согласно ТУ 3645-011-54455145-2007, соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 №753) и признан годными для эксплуатации.

Отметка о приемке:

Дата выпуска _____

4. Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

4.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

5. Сведения о сертификации

5.1 Змеевик ЗР сертифицирован в составе рампы перепускной РП-01 (РП-02), сертификат соответствия С-1Ш.АЯ09.В.00745 от 11.03.2011.

6. Особые отметки

6.1 Змеевик ЗР обезжирен в соответствии с ОСТ 26-04-312-83