

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Предприятие изготовитель
Импортер
Наименование изделия

LEONHARD LANG GmbH Австрия
Атрика ООО
Электрод одноразовый для ЭКГ SKINTACT

Номер лота
Дата изготовления и упаковки
Количество

FS-REG 1/10
181220-0434
20.12.2018
67500

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Технические требования	Результаты испытаний
1	Масса электродов	должна быть не более 2 г.	1.4
2	Разность электродных потенциалов	должна быть не более 100 мВ.	0.2
3	Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения)	должен быть не более 250 мкВ.	соотв
4	Напряжение шума	должно быть не более 30 мкВ.	7.9
5	Напряжение шума движения (напряжение электромеханического шума)	должно быть не более 100 мкВ.	соотв
6	Полное сопротивление электрода	должно быть не более $5 \cdot 10^3$ Ом.	94.3
7	Время готовности электродов	должно быть не более 10 мин.	соотв
8	Время непрерывного контактирования электродов	не менее 0,5 ч.	соотв
9	Токопроводящая среда	гель	твердый

Заключение - Соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993

Гарантийный срок годности 3 с даты изготовления.

Хранить при температуре от + 5 до + 30 градусов.

Не допускается хранить на прямом солнечном свете и вблизи отопительных приборов.

Начальник ПТО



Шинаев А.А.

